

在线溶解氧仪

D03250 说明书

UM2-M35

目 录

1、技术参数	2
2、安装说明	3
2.1 安装前注意事项	3
3、安装	4
4、接线说明	5
5、按键说明	7
6、屏幕指示说明	8
7、界面说明	9
8、操作说明	13
8.1 操作流程	13
8.2 参数设置操作	14
8.3 校正操作	17
9、电极使用说明	21
9.1 电极校正注意事项	21
9.2 电极极化	22
10、出错指示	23
11、密码	24
附录 压力补偿计算	26

安全预防措施

请认真阅读并遵守下列要求！

在仪器上电前，请对照您持有仪表的型号，确认供电电压：

DO3250 需用 100V – 250VAC 交流电源供电。

打开仪器会有电路部分暴露，因此除了接线仓和仪表透明罩外，不应打开仪器其它部分。

打开的仪器内部能接触到的器件上的电压足以威胁人的生命。

若需检修，需要返回厂家。只有厂家专业人员才能在带电情况下打开仪器。

当相应的保护失效时，请停止操作。出现以下情况时，保护可能失效：

- ◇ 仪器外观有明显破损
- ◇ 仪器不能正常测量
- ◇ 长期储存于超过 70℃ 的环境中
- ◇ 经过剧烈的震动或碰撞后


1、技术参数

测量项目	氧饱和度	氧浓度	温度
测量范围	0.0~200.0%	0.00~20.00mg/l	-30.0~200.0℃
分辨率	0.1%	0.01mg/l	0.1℃
精度	±0.5% (±1 digit)	±0.5% (±1 digit)	±0.2℃ (±1 digit)
温度电极	NTC22K		
温度补偿	0~60℃		
环境温度	0~50℃		
显示	背光液晶显示		
信号输出	隔离式直流 4~20mA 输出, 最大负载 500Ω		
控制触点	2 路继电器触点输出		
触点容量	240VAC , 2A(max) 阻性负载		
清洗	触点	1 路 ON/OFF 继电器触点输出 (选配)	
	时间	ON: 0~9999 秒可选 OFF: 0~9999 小时可选	
电源	100~240VAC, 50Hz		
固定方式	配电箱开孔安装		
机器尺寸	102×102×160mm(H×W×D)		
开孔尺寸	90 ⁺² ×90 ⁺² mm(H×W)		
功率	<5W		
重量	≤1kg		

2、安装前注意事项

安装前请阅读本说明书，以免接线不正确导致仪器损坏。


- ◆ 请选择通风良好的位置安装仪器，并避免仪器直接受到阳光照射。
- ◆ 在所有接线未完成前，请勿给仪器上电，以免发生危险。
- ◆ 电极信号传输必须采用专用电极电缆，不能使用一般电缆代替，否则将产生错误的测量结果。
- ◆ 使用 220VAC 的电源时，请避免使用三相电源，以免造成电源突波干扰。（若有电源突波干扰现象发生，可将仪器用的电源与动力装置电源分开，即仪器采用单独电源，或在所有电磁开关及动力装置的电源端接突波吸收器来消除突波，如加药机、搅拌机等）。
- ◆ 仪器内部的继电器为小电流继电器，若要控制较大动力的附属装置时，请务必外接耐电流较大的继电器，以确保仪器的安全。



仪器和动力装置的接线示意图


3、安装

- ◆ 在配电箱面板上开好 $90^{+2}\text{mm} \times 90^{+2}\text{mm}$ 的仪器安装方孔。
- ◆ 仪器从配电箱的面板开孔直接放入，将仪器所附带的固定架卡入仪器两侧的铜铆钉，用一字型螺丝刀拧紧固定螺丝即可。




4、接线

4.1 接线端子图



4.2 仪器接点功能图





4.3 仪器接线端子

端子号	接线
Sensor P+	接传感器供电 正
Sensor P-	接传感器供电 负
Sensor A	接传感器 A
Sensor B	接传感器 B
4-20mA +	电流信号输出正端
4-20mA -	电流信号输出负端
RS-485 A	RS485 通讯输出 A
RS-485 B	RS485 通讯输出 B
Hi	上限报警触点
Lo	下限报警触点
Com	上下限报警触点公共端
WASH	清洗触点
L	交流 220V 电源相线
N	交流 220V 电源零线
E	接地线

5、按键说明



Setup	——	参数设定键
Cal	——	电极校正键
	——	数字增减 / 功能切换键
	——	移位键
Enter	——	确认键

6、屏幕指示说明





图 6-1 仪表测量界面图


◆ 测量状态	屏幕显示 MEAS 表示仪表处于测量状态
◆ 测量值	屏幕正中央显示的数值即为测量值
◆ 温度值	温度测量值
◆ 继电器动作	Hi 为高点继电器闭合 Lo 为低点继电器闭合 Wash 为清洗继电器闭合
◆ Rel 灯	该灯亮表示有继电器处于闭合状态
◆ Alarm 灯	该灯亮表示仪器处于异常状态

7、界面说明


7.1 测量界面



溶解氧浓度 mg/l




溶解氧浓度 ppm



溶解氧饱和度 %

正常工作时，没有进行“校正”或“参数设置”操作时，仪器显示测量界面。

7.2 密码输入界面







参数设置密码输入



校正密码输入

为了防止非操作人员的误操作，本仪器设置了校正密码和参数设置密码。

需要校正操作时，在测量状态下，按“Cal”约 1 秒钟，进入“校正密码”输入界面，利用  和  输入四位校正密码，如果密码正确，则进入校正界面；如果密码错误，则四位密码自动清零，请操作人员重新输入。

需要参数设置操作时，在测量状态下，按“SETUP”约 1 秒钟，进入“参数设置密码”输入界面，利用  和  输入四位校正密码，如果密码正确，则进入参数设置界面；如果密码错误，则四位密码自动清零，请操作人员重新输入。

7.3、校正界面



【Pcoor】 校正点压力

【Salt】 校正点盐度

【Kcal】 校正点 K 值

DO 校正界面

仪器设计了简便易懂的校正界面。具体操作见本说明书第七部分《操作说明》。

7.4、参数设置界面

MEA : **mg/l**
Punit : bar
Pcal : 1.013
NEXT

氧浓度设置界面第 1 页

MEA : **%**
Punit : bar
Pcal : 1.013
NEXT

氧饱和度设置界面第 1 页

Salt : **00** ppt
04mA : 0.00 mg/l
20mA : 20.00 mg/l
NEXT

氧浓度设置界面第 2 页

Salt : **00** ppt
04mA : 0.00 %
20mA : 100.0 %
NEXT

氧饱和度设置界面第 2 页

[mg/l]
Hi: **200.0**
dB: 0.20
Lo: 00.0
dB: 0.20
NEXT

氧浓度设置界面第 3 页

[%]
Hi: **200.0**
dB: 1.00
Lo: 000.0
dB: 1.00
NEXT

氧饱和度设置界面第 3 页

WASH OFF: **000** h
WASH ON : 000 s
END

氧浓度设置界面第 4 页

WASH OFF: **000** h
WASH ON : 000 s
END

氧饱和度设置界面第 4 页

- 1、ppm 设置与 mg/l 设置相同。
- 2、WASH OFF/WASH ON 为“000”时，清洗功能关闭。


设定参数见下表：

页数	参数名称	设定内容
1	MEA	测量单位：mg/l 或 ppm 或%
	Punit	压力单位：bar 或 kPa
	Pcoor	测量点压力值
2	salt	盐度补偿
	4mA	4mA 输出对应的溶解氧值
	20mA	20mA 输出对应的溶解氧值
3	Hi	上限报警对应的溶解氧值
	dB	上限报警的迟滞范围值
	Lo	下限报警对应的溶解氧值
	dB	下限报警的迟滞范围值
4	WASH OFF	清洗触点开关关闭时间（单位：小时）
	WASH ON	清洗触点开关开通时间（单位：秒）

8、操作说明

8.1 操作流程

确认所有接线完成且无误后，将仪器上电启动。仪器自动进入测量界面，用户可根据以下流程，进行相应操作。



操作流程图

注：密码见附表

8.2 参数设置操作


测量界面，按下“Setup”键，进入参数设定模式。

8.2.1 溶解氧浓度测量设置



密码输入界面

输入 4 位参数设置密码“1010”，按“Enter”键，进入参数设置界面



设定界面第一页

设定测量单位

设定压力单位

设定测量点压力值



设定界面第二页

设定盐度补偿

设定 4mA 输出对应值


设定 20mA 输出对应值



设定界面第三页

设定上限报警值，和上限报警迟滞

设定下限报警值，和下限报警迟滞



设定清洗继电器断开时间（以小时计）

设定清洗继电器闭合时间（以秒计）

设定界面第四页

按“**Enter**”键确认，仪表保存设置并返回测量界面。


8.2.2 溶解氧饱和度测量设置



输入 4 位参数设置密码“1010”，按“**Enter**”

键，进入参数设置界面

图 7-2a




设定测量单位

设定压力单位

设定测量点压力值

图 7-2b



设定盐度补偿

设定 4mA 输出对应值

设定 20mA 输出对应值

图 7-2c




图 7-2d

设定上限报警值，和上限报警迟滞
设定下限报警值，和下限报警迟滞



图 7-2e

设定清洗继电器断开时间（以小时计）
设定清洗继电器闭合时间（以秒计）

按“**Enter**”键确认，仪表保存设置并返回测量界面。

8.3 校正操作

说明：初次使用或仪器断电后，必须对溶解氧电极极化才能进行校正。

极化方法：将溶解氧电极与仪器正确连接，将仪表上电。

极化时间：不同厂家电极所需极化时间可能不同，普通污水电极建议极化 30 分钟以上，特殊电极（如发酵场合）参见电极使用说明。

8.3.1 校正

在测量界面按下“Cal”，即可进入校正模式。



输入 4 位校正密码“2020”，按“Enter”键，进入校正界面

校正密码输入界面



【Pcoor】 校正点压力
【Salt】 校正点盐度
【Kcal】 校正点 K 值

校正界面第一页

空气校正：将电极连接仪表，并洗干净膜头，吸干水份后，在空气中静置至数值稳定（时间大于 15 分钟）。进入校正界面，按 ENTER 即可。校正完成后，自动进入测量界面。

9、电极使用说明

电极使用前必须进行极化，不同厂家的溶氧电极或不同型号的电极有不同的电极参数，应严格按照要求配用溶氧电极。

9.1 电极校正注意事项

- 电极校正之前必须充分极化。
- 电极校正可以在空气或饱和介质中进行。
- 空气中校正，将探头放于空气中，用滤纸轻轻吸干电极膜上的水份，待仪器读数稳定后即可开始校正。
- 发酵过程中，通常会用饱和介质来校正电极。一般在统一的通气时间后，对电极进行校正，以统一不同罐批和不同发酵罐的饱和状态。

9.2 电极极化

1、极化方法

将溶氧电极、电缆和溶氧仪按使用说明书正确连接，仪器上电正常运行后，电极开始极化。

2、出现以下情况时，电极需要极化：

- a、电极第一次使用
- b、更换电极膜或电极液后
- c、溶氧仪断电
- d、电极、电缆和溶氧仪之间的连接断开。

3、电极的极化时间

不同厂家电极的极化时间可能不同，普通污水电极建议至少极化 30 分钟以上，特殊场合（如发酵）电极，按下表时间极化：

电极和溶氧仪断开时间	建议极化时间
0~5 分钟	10 分钟
5~15 分钟	1 小时
15 分~30 分钟	3 小时
30 分钟以上	6 小时

10、密码

为了防止非相关人员误操作，仪器设计了密码功能。

◆ 参数设定密码

在测量界面按下“Setup”键，输入“1010”密码，按下“Enter”键，即可进入参数设定模式。




◆ 恢复出厂设置密码

在测量界面按下“Setup”键，输入“1088”密码，按下“Enter”键，即可将仪器恢复出厂值。



◆ 单点校正密码 (推荐)

在测量界面按下“Cal”键，输入“2020”密码，按下“Enter”键，即可进入单点校正操作。



附录 压力补偿计算

在测量和校正时，需要将电极所处位置的壓力值輸入到儀器，否則儀器會按預存的壓力值進行補償。設壓力補償值為 P，計算如下：

$$P = P_{\text{大氣壓}} + P_G + H/10$$

其中：

$P_{\text{大氣壓}}$ — 大氣壓，通常為 1.013bar

P_G — 罐壓

H — 液體高度

說明：

如果在敞口容器中測量或校正， $P_G = 0$ ；

如果在空氣中校正， $P_G = 0$ ， $H=0$ 。